

Facharztprüfung

Facharztprüfung zur Erlangung des Facharztstitels für Radiologie – 1. Teilprüfung

Datum: Freitag, 21. März 2003

Ort: Thurgauisches Kantonsspital, 8500 Frauenfeld

Anmeldefrist: 31. Dezember 2002

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der FMH unter www.fmh.ch/AWF → Für Assistenten/Ärzte in Weiterbildung.

Examen de spécialiste

Examen de spécialiste première partie 2003 pour le titre de spécialiste en radiologie

Date: vendredi 21 mars 2003

Lieu: Hôpital Cantonal, 8500 Frauenfeld

Délai d'inscription: le 31 décembre 2002

Vous trouverez de plus amples informations sur la site web de la FMH www.fmh.ch/AWF → Pour les assistants/les médecins en formation postgraduée.

Chargenrückruf

Isotone NaCl 0,9% B. Braun Infusionslösung in Glasflaschen

- 10 × 100 ml (IKS-Nr. 29554-102, Art.-Nr. 534535), Chargen 2021A71, 2073A71;
- 20 × 100 ml (IKS-Nr. 29554-420, Art.-Nr. 3535550), Chargen 2131A71, 2154A72, 2191A71;
- 1 × 500 ml (IKS-Nr. 29554-110, Art.-Nr. 534545), Chargen 2075A61, 2112A61;
- 6 × 1000 ml (IKS-Nr. 29554-196, Art.-Nr. 534550), Charge 2091A61.

Eine Analyse der Muster der obengenannten Chargen hat aufgezeigt, dass sich der pH-Wert der Lösung mit der Zeit in gewissen, aussergewöhnlichen Fällen verändern kann und sich ausserhalb der genormten Spezifikation befindet. Das heisst für Sie leider, dass wir die Chargen der obengenannten Produkte zurückrufen müssen.

Wir bitten Sie um Entschuldigung für die Ihnen entstehenden Umstände und bieten Ihnen gerne die Hilfe unserer Regional Sales Manager an, um die entsprechenden Chargen bei Ihnen im Hause einzusammeln. Bei Fragen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung, Tel. 0848 83 00 44.

B. Braun Medical AG, 6021 Emmenbrücke

Rappel de lot

NaCl 0,9% B. Braun solution de perfusion en flacon de verre

- 10 × 100 ml (no IKS 29554-102, no d'art. 534535), lots 2021A71, 2073A71;
- 20 × 100 ml (no IKS 29554-420, no d'art. 3535550), lots 2131A71, 2154A72, 2191A71;
- 1 × 500 ml (no IKS 29554-110, no d'art. 534545), lots 2075A61, 2112A61;
- 6 × 1000 ml (no IKS 29554-196, no d'art. 534550), lot 2091A61.

Une étude des échantillons témoins des lots ci-dessus a montré que le pH de la solution peut avec le temps dans certains cas exceptionnels sortir des limites spécifiées. Cela signifie pour vous malheureusement que nous devons rappeler les charges de produits mentionnées ci-dessus.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour le désagrément occasionné et vous proposons pour votre recherche interne l'aide de notre manager régional. Si vous acceptez cette offre, veuillez vous adresser directement à notre Customer-Service, tél. 0848 83 00 44.

B. Braun Medical AG, 6021 Emmenbrücke